Hersteller: / Κατασκευάζεται από την: /
Fabricado por: / Fabriqué par : /
Fabbricante: / Gefabriceerd door: /
Fabricado por: / Fremstillet af: /
Valmistaja: / Produsert av: /
Tillverkad av: / Manufactured by:

HTL-STREFA S.A.
ul. Adamówek 7, 95-035 Ozorków,
Poland/Polônia/Polonia/Pologne/Polen
T: +48 42 270 0010, F: +48 42 270 0020
www.htl-strefa.com, E: info@htl-strefa.pl

CE 0344

45454 - 11/16

Glucoject® Dual PLUS

A.MENARINI diagnostics

















Glucoject® Dual PLUS PRIKPEN

GEBRUIKSAANWIJZING

BEDOELD GEBRUIK

Glucoject® Dual PLUS is een meermalig te gebruiken medisch hulpmiddel voor één enkele gebruiker met steriele wegwerplancetten, voor het afnemen van capillaire bloedmonsters uit de vingertop of een alternatieve prikplaats voor het zelftesten van bloedglucose. Glucoject® Dual PLUS is bestemd voor thuisgebruik. Glucoject® Dual PLUS is gewoonlijk bijgesloten in kits voor diabetici, samen met individuele steriele lancetten en een glucosemeter. De individuele lancetten die met de Glucoject® Dual PLUS worden gebruikt, zijn niet bestemd voor hergebruik door dezelfde persoon.

WAARSCHUWINGEN

- NOOIT bij meer dan één persoon gebruiken.
- Gebruik een nieuwe lancet voor elke prik en bewaar geen lancetten in de prikpen.

ZO GEBRUIKT U Glucoject® Dual PLUS

Was uw handen of de alternatieve prikplaats met warm water en zeep. Goed afdrogen voordat u gaat prikken. Lees onderstaande stappen met bijbehorende afbeeldingen door zodat u begrijpt hoe u de Glucoject® Dual PLUS moet gebruiken.

1. Schroef het dopje van de prikpen los door het tegen de klok in te draaien.
2. Plaats een nieuwe steriele lancet in de lancethouder en druk hem omlaag tot hij volledig is aangebracht. Draai het naaldkapje eraf. Schroef de dop van de prikpen er weer op.
3. Stel de juiste prikdiepte in door aan de dop te draaien. 1-2 voor zachte of dunne huid, 3 voor gemiddelde huid, 4-5 voor dikke of eeltige huid.
4. Trek de schuifring uit om de prikpen te vergrendelen.
5. Houd de prikpen stevig tegen uw vinger en druk op de ontspanknop.
6. Om de gebruikte lancet te verwijderen, de dop van de prikpen eraf draaien en de lancet-ejector met uw duim naar voren duwen terwijl u de schuifring naar buiten trekt.

GEBRUIK VAN DE DOORZICHTIGE DOP (Testen op alternatieve prikplaatsen, AST)

7. Houd de prikpen op de gekozen plaats een paar seconden stevig tegen de huid geduwd, en druk vervolgens op de ontspanknop om een bloeddruppel te prikken.
8. Kijk door de doorzichtige dop tot de bloeddruppel die zich vormt groot genoeg is. Als er niet genoeg bloed is, kunt u de prikplaats masseren totdat zich voldoende bloed heeft verzameld.

DE PRIKPEN SCHOONMAKEN

Zorg ervoor dat de behuizing van de Glucoject® Dual PLUS prikpen nooit in water of andere vloeistoffen komt. Maak de buitenkant van de Glucoject® Dual PLUS prikpen schoon met een vochtige doek en neutraal reinigingsmiddel of milde zeep. Om de verstelbare punt of de doorzichtige dop voor AST schoon te maken, het element verwijderen, in warm water wassen, goed afspoelen en afdrogen.

OPSLAG

De producten op kamertemperatuur bewaren en tegen zonlicht en vocht beschermen.